


Test Report

Hantek-6022BE

Date = 29-05-2026 Time = 08:48:02



CH1 :

CH2 :



CH1: OFF

CH2 : 500mV DC x1 Invert Off 10.00ms

NOTE :

husk 1:10 probe skal være slået til for at beskytte oscilloskopet og max 10v AC input

10v AC giver ca. 29v peak-to peak og skopets max er 36v peak to peak.